BWJ-C3CONNECTML-03

BWJ-C3CONNECTML-03

**2013 年 6 月 18 日改訂（第 3 版）
*2012 年 8 月 15 日改訂（第 2 版）

併用機器に関する取扱説明書

本取扱説明書は、バイオセンスウェブスター製品と併用可能な専用の医療機器について説明するものです。

【注意】

- 製品使用前には関連する製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
- 製品の使用前には併用するすべての医療機器が正しく接続されていることを確認してください。
- 本書に掲載されていない機器の併用については、弊社営業担当にお問い合わせください。
- 最新の内容については、弊社ホームページ http://www.jnj.co.jp/jjmkk/ よりご確認ください。

【問い合わせ先】
ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
バイオセンス ウェブスター事業部
東京都千代田区西神田3丁目5番2号
電話番号：03-4411-7910

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者：
ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
東京都千代田区西神田3丁目5番2号

製造業者：
Biosense Webster, Inc.（バイオセンス ウェブスター社）米国
Biosense Webster, Inc.（バイオセンス ウェブスター社）イスラエル
HEI, Inc.（エイチ イー アイ社）米国
Stockert GmbH（ストッカート社）ドイツ
LEAD-LOK, INC.（リードロック社）米国
Siemens Medical Solutions USA, Inc.（シーメンス メディカル ソリューションズ USA社）米国

BWJ-C3CONNECTML-03

©J&J KK

「バイオセンス CARTO 3」と併用する機器



機器＼カテーテル	アブレーションカテーテル		
	「ナビスター」 （承認番号：22200BZX00920000）	「ナビスター サーモクール」※1 （承認番号：22000BZX01645000） 「ナビスター サーモクール SF」※1 （承認番号：22300BZX00453000） ＊「サーモクール スマートタッチ」※2 （承認番号：22400BZX00163000）	「ナビスター DS」 （承認番号：21900BZX00786000）
①電気生理学的検査用3Dマッピングシステム	「バイオセンスCARTO 3」（承認番号：22200BZX00741000）		
②リファレンスパッチ	「CARTO 3専用リファレンスパッチ」（届出番号：13B1X00204M00006）		
③3Dマッピングシステムとの接続 「CARTO 3専用ケーブル」 （届出番号：13B1X00204M00007）	レッド	レッド ※1 ＊レッド ※2	レッド
④高周波出力発生装置との接続 「アブレーション専用ケーブル」 （届出番号：13B1X00204M00001）	レッド	レッド	グリーン
⑤高周波出力発生装置	「バイオセンスSTOCKERT 70」（承認番号：21900BZX00788000） 「バイオセンスSTOCKERT専用ケーブル」（届出番号：13B1X00204M00003）		
⑥イリゲーション装置と チュービングセット	併用不可	「クールフロー システム」 （承認番号：22000BZX01644000）	併用不可
⑦RFデータ通信ポート	「EP/IOボックス」（届出番号：13B1X00204M00004）		

機器＼カテーテル	診断用カテーテル		超音波カテーテル
	「ラッソー2515ナビ」 （承認番号：22200BZX00740000） ＊「ラッソーナビ」 （承認番号：22400BZX00189000） 「オートIDカテーテル」 （承認番号：22300BZX00115000）	「ウェブスター 電極カテーテル」 （承認番号：20500BZY00265000） 「ラッソーカテーテル」 （承認番号：21400BZY00135000） 「ラッソー2515」 （承認番号：21600BZY00209000） 「CS EZ STEER カテーテル」 （承認番号：22300BZX00163000）	「サウンドスター」※3 （承認番号：22300BZX00143000） ＊＊「サウンドスター SH」※4 （承認番号：22400BZX00068000）
①電気生理学的検査用3Dマッピングシステム	「バイオセンスCARTO 3」		
②リファレンスパッチ	「CARTO 3専用リファレンスパッチ」		
③3Dマッピングシステムとの接続 「CARTO 3専用ケーブル」	ブルー ＊＊（スプリットハンドルタイプ）	（10極まで※） ※ 20極カテーテルは「バイオセンスCARTO 3」に付属のピンボックスをご使用ください。	グリーン ※3 ＊＊グリーン ※4

©J&J KK

BWJ-NNCONNECTML-01

BWJ-NNCONNECTML-01

2012 年 1 月 20 日作成（第 1 版）

併用機器に関する取扱説明書

本取扱説明書は、バイオセンスウェブスター製品と併用可能な専用の医療機器について説明するものです。

【注意】

- 製品使用前には関連する製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
- 製品の使用前には併用するすべての医療機器が正しく接続されていることを確認してください。
- 本書に掲載されていない機器の併用については、弊社営業担当にお問い合わせください。
- 最新の内容については、弊社ホームページ http://www.jnj.co.jp/jjmkk/ よりご確認ください。

【問い合わせ先】

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
バイオセンス ウェブスター事業部
東京都千代田区西神田3丁目5番2号
電話番号：03-4411-7910

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：
ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
東京都千代田区西神田3丁目5番2号

製造業者：
Biosense Webster, Inc.（バイオセンス ウェブスター社）米国
HEI, Inc.（エイチ イー アイ社）米国
Stockert GmbH（ストッカート社）ドイツ

BWJ-NNCONNECTML-01

©J&J KK

セルシウスカテーテルシリーズと併用する機器



機器＼カテーテル	「セルシウスカテーテル」 （承認番号：21800BZY10114000）	「セルシウス　サーモクール」 （承認番号：22100BZX00954000）
① 高周波出力発生装置との接続 「アブレーション専用ケーブル」 （届出番号：13B1X00204M00001）	レッド 	レッド
② 高周波出力発生装置	「バイオセンス STOCKERT 70」 （承認番号：21900BZX00788000） 「バイオセンス STOCKERT 50」 （承認番号：21800BZY10115000） ＊リモートコントロールは含みません。 「バイオセンス STOCKERT 専用ケーブル」 （届出番号：13B1X00204M00003）	「バイオセンス STOCKERT 70」 「バイオセンス STOCKERT 専用ケーブル」
③ イリゲーション装置と チュービングセット	併用不可	「クールフロー システム」 （承認番号：22000BZX01644000）

©J&J KK

BWJ-XPCONNECTML-01

BWJ-XPCONNECTML-01

2012 年 1 月 20 日作成（第 1 版）

併用機器に関する取扱説明書

本取扱説明書は、バイオセンスウェブスター製品と併用可能な専用の医療機器について説明するものです。

【注意】

- 製品使用前には関連する製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
- 製品の使用前には併用するすべての医療機器が正しく接続されていることを確認してください。
- 本書に掲載されていない機器の併用については、弊社営業担当にお問い合わせください。
- 最新の内容については、弊社ホームページ http://www.jnj.co.jp/jjmkk/ よりご確認ください。

【問い合わせ先】

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
バイオセンス ウェブスター事業部
東京都千代田区西神田3丁目5番2号
電話番号：03-4411-7910

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：
ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
東京都千代田区西神田3丁目5番2号

製造業者：
Biosense Webster, Inc.（バイオセンス ウェブスター社）米国
Biosense Webster, Inc.（バイオセンス ウェブスター社）イスラエル
HEI, Inc.（エイチ イー アイ社）米国
Stockert GmbH（ストッカート社）ドイツ

©J&J KK

「バイオセンス CARTO XP」と併用する機器



カテーテル / 機器	「バイオセンス　STAR カテーテル」（承認番号：21200BZY00088000）	「ナビスター」（承認番号：22200BZX00920000）	「ナビスター　サーモクール」（承認番号：22000BZX01645000） 「ナビスター　サーモクール SF」（承認番号：22300BZX00453000）	「ナビスター　DS」（承認番号：21900BZX00786000）
①電気生理学的検査用 3D マッピングシステム	「バイオセンス CARTO XP」（承認番号：21900BZX00787000）			
②リファレンスパッチと接続ケーブル	リファレンスカテーテル（A）／リファレンスカテーテル（B） 「バイオセンス STAR カテーテル」 「ナビゲーション専用ケーブル」			
③ 3Dマッピングシステムとの接続「ナビゲーション専用ケーブル」（届出番号：13B1X00204M00002）	レッド	レッド	レッド	グリーン
④高周波出力発生装置との接続「アブレーション専用ケーブル」（届出番号：13B1X00204M00001）	併用不可	レッド	レッド	グリーン
⑤高周波出力発生装置	併用不可	「バイオセンス STOCKERT 70」（承認番号：21900BZX00788000） 「バイオセンス STOCKERT 専用ケーブル」（届出番号：13B1X00204M00003）		
⑥イリゲーション装置とチュービングセット	併用不可	併用不可	「クールフロー システム」（承認番号：22000BZX01644000）	併用不可
⑦RF データ通信ポート	「EP/IO ボックス」（届出番号：13B1X00204M00004）			

©J&J KK